www.mythermedic.com

TherMedic

EC REP LinkWin Swiss GmbH
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland

LinkWin Technology Co., Ltd
1F, No.36, Keya Rd., Central Taiwan Science Park,
Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
TEL : +886-4-25339168 FAX : +886-4-25337168
E-mail : service@mythermedic.com
Facebook : www.facebook.com/Thermedic

29002026D1

Meleg-Hideg terápiás pánt

TherMedic

Használati útmutató

PW110 PW120 PW130
PW140 PW150 PW160
PW170 PW180 PW190

Far Infrared Energy
Carbon Fiber Fabric

0120

● Szimbólumok jelentése

Figyelem!		A helyi szabályok szerint semmisítse meg.	EC REP	Európai kereskedelmi meghatalmazott	
Olvassa el a használati útmutatót	0120	EN60601 orvosi készülék		Gyártó	hideg vízben kézi mosással
Ne gyűrje és ne dofromálja a terméket	REF	Referencia szám		a melegítő párnát ne mossa!	nem vasalható
Ne szúrja át a terméket	LOT	LOT		ne használjon fehérítőt	ne nyomkodja vagy csavarja szárításhoz
Alkalmazott szabvány type B	SN	Sorszám		ne tegye szárítógépbe	

AC/DC Adapter Code : LW18-12V1.5A-X
X is the type of the AC plug which could be
A:Australia B:Britain C:China E:Europe U:USA/Taiwan/Japan

A Meleg-Hidegterápiás övet a bőrre kell helyezni a kezelendő területen. Az öv az ízületnek megfelelően került kialakításra.
A karbonszálas melegítőbetét infravörös melegterápiára javasolt. A kezelés hatására felmelegszik a terület, meggyorsul a vérkeringés, gyorsul a salakanyagok eltávolítása, ellazulnak az izmok, csökken az ízületi merevség, csökken a fájdalom és gyorsul a gyógyulási folyamat.
A Neo Cold jégtasak hűtőkezelésre használható. Akut sérülés esetén a fájdalom, duzzanat és bevérzés csökkentésére használható.
A rugalmas pánt kompresszióval mérsékli a sérülés terjedését.
Az eszköz akut és krónikus fájdalom esetén egyaránt alkalmazható otthon és bármely helyszínen.

Fontos információk

TherMedic

Olvasson el minden információt használat előtt

A csomagoláson vagy használati utasításon feltüntetett adatok csak tájékoztató jellegűek, és nem helettesítik az egészségügyi szakember tanácsát, utasításait.

- Kérjük, forduljon orvosához szakmai tanácsért.
- Hibás termék javításával kapcsolatban forduljon a helyi viszonteladóhoz vagy a gyártóhoz.
- A használat során időnként ellenőrizze a bőrét, ha kellemetlenséget érez, azonnal kapcsolja ki a készüléket.
- Egyes sérülések súlyosak lehetnek, ezért a készülék használata előtt kérje ki orvosa tanácsát.
- A terméket az ajánlott testrészen alkalmazza.
- A pánt nem alkalmas más gyártók által készített fűtőpárnával, hűtőtasakkal, tápegységgel vagy vezérlővel való használatra
- Ne módosítsa a berendezést a gyártó engedélye nélkül.
- Ne szedje szét a terméket
- Ne használja vágott, nyitott sebekre vagy törésekre.
- Ne használja ödémás területen, gyulladt bőrön, fején vagy a szív felett.
- Ne használjon semmiféle nehéz tárgyat a termék felett vagy használatakor.
- Ne húzza meg a huzalokat.
- Ne próbálja szétszerelni vagy javítani a hőmérséklet-szabályozót, AC / DC adaptert, Cabric fűtőbetétet, a Neo Cold hűtőtasakot.

■ Hűtőterápia

- Ne használja hideg túlérzékenység esetén.
- A legjobb eredmény érdekében a Neo Cold hűtőtasakot legalább két órán át tartsa a fagyasztóban a használat előtt.
- A használat előtt ellenőrizze a Neo Cold Pack szivárgását.
- A használat ne haladja meg a 20 percet.
- A hűtőtasakban levő gél nem ehető! Csak külső használatra.
- Ne tegye mikrohullámú sütőbe a Neo Cold Packet, és ne forralja fel.
- Ne tegye ki Neo Cold Pack közvetlen napfénynek.
- A hidegkezelés előtt távolítsa el a fűtőbetétet a pánt hálós zsebéből.
- Ne használja a fűtőbetétet és a Neo Cold hűtőtasakot egyidejűleg.
- Ne vágja el a Neo Cold Pack csomagot.
- A zselé színe megváltozhat az idő múlásával, de nem befolyásolja a hatékonyságát.
- Ne adja a Neo Cold csomagot kisgyermeknek, csak felnőtt felügyelete mellett.

TherMedic

Fontos információk

- Ha a Neo Cold hűtőgélt véletlenül lenyeli, kérjük forduljon a legközelebbi sürgősségi ellátóhelyre a szükséges diagnózishoz és kezeléshez.
- Ha a Neo Cold hűtőtasakot frissen vette ki a fagyasztóból, helyezzen el egy törölközőt a tasak és a bőr közé, hogy elkerülje a közvetlen érintkezést, ami fagyást okozhat.
- Ha a gél bútorra vagy bőrre jut, mossa le és öblítse le vízzel alaposan.
- Tárolja a Neo Cold hűtőtasakot a fagyasztóban, lapos és vízszintes helyzetben.
- Ne tegyen rá nehezéket a tárolás során.

Melegterápia

- Ne használják azok, akiknek ismert a hőérzékenysége.
- Nem javasolt gyermekek, csecsemők vagy állatok számára.
- Nem hagyja felügyelet nélküli gyermekkel vagy idősek személlyel.
- Cukorbetegség, terhesség, magas vérnyomás, keringési probléma vagy egyéb krónikus betegségek esetén kérje ki orvosa tanácsát.
- Hőallergia esetén ne alkalmazza.
- A használat ne haladja meg a 30 percet.
- Melegterápia megkezdése előtt vegye ki a hűtőtasakot a pántból
- Ne használja egyszerre fűtőbetétet és a hűtőtasakot.
- Az adaptert olyan helyre kell csatlakoztatni, amely könnyen leválasztható.
- Húzza ki a hálózati áramforrást, ha nincs használatban.
- Ne használja, ha az elektromos csatlakozó, a hőmérséklet szabályozó, a tápegység nedves vagy sérült.
- Ne üljön a fűtőbetétre. Ne helyezze a fűtőbetétet ágybetét vagy párna alá.
- Használat után pihenjen és igyon sok folyadékot.
- Tartsa távol tűztől vagy szélsőséges hőhatástól.
- Ne próbálja meg kinyitni és javítani a vezérlőt vagy a fűtőbetétet.
- Ne használja a fűtőbetétet olyan kenőcs készítményekkel, amelyek hőtermelő összetevőket tartalmaznak. Bőr égési sérülést okozhatnak.
- Ne használjon olyan áramforrást, amely sérült.
- Kerülje el a fűtőbetét összehajtását, összegyűrését.
- Tárolja száraz és tiszta helyen.
- Hagyja lehűlni tárolás előtt.

Termék ismertetése

TherMedic

A Pánt

B **karbon** fűtőbetét

C Neo Cold hűtőtasak

D Hőmérséklet szabályzó

E AC / DC tápegység







Részletek

1. Hálós zseb helyezze be a B **karbon** fűtőbetétet vagy C Neo Cold hűtőtasakot
2. csatlakozó
3. tépőzár
4. kábel nyílása
5. 3-állású hőmérséklet kijelző
6. működtető gombn
7. 30 perces Automatikus kikapcsolás jelzés





Ajánlások

- Cold therapy within 20 minutes ; hot therapy within 30 minutes
- Conditions of use: 0~40℃, less than 90% R.H., lower than 3,000 m.

1. Hidegterápiás kezelés



Vegye ki a fűtőbetétet a pánt hálós zsebéből

A szabályzó kábelét vezesse át a pánt nyílásán



Helyezze be a hűtött Neo Cold hűtőtasakot a pánt hálós zsebébe

2. Melegterápiás kezelés

- Helyezze be a fűtőbetétet a pánt hálós zsebébe
- A kábelt vezesse át a pánton található nyíláson
- Csatlakoztassa a hűmérséklet szabályzó csatlakozóját a hálózati adapterhez.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali csatlakozóhoz.









- A megfelelő hatás érdekében a fűtőszál narancsszínű fele kerüljön a pánt hálós belseje felé.





3-állású hőfokszabályzó

- A hőmérséklet érzet a testhőmérséklet és/vagy a szobahőmérséklet függvényében változhat.
- Nyomja meg a működtető gombot és válasszon magának egy kényelmes hőmérsékletet.

Alacsony hőmérséklet	Nyomja ⏻ egyszer az első melegítési fokozathoz	42˚C
Közepes hőmérséklet	Nyomja ⏻ kétszer a második melegítési fokozathoz	45˚C
Magas hőmérséklet	Nyomja ⏻ háromszor a legmagasabb melegítési fokozathoz	50˚C
Kikapcsolás	Nyomja ⏻ a kezelés után a készülék kikapcsolásához	OFF



Figyelem: A fűtés 30 perc kezelés után automatikusan kikapcsol.

Működtetés

3. Pánt használata

- Távolítsa el a fűtőbetétet és a hidegtasakot és egyszerűen vegye fel a pántot.





Tisztítát · Karbantartás · Tárolás

▪ Pánt

- Mosás előtt távolítsa el a fűtőbetétet és a hűtőtasakot
- kézzel nyomkodja ki a pántot és felfüggesztve szárítsa meg.
  Ne gyűrje, csavarja, ne tegye szárítógépbe, ne vasalja.

▪ fűtőbetét

- A fűtébetetet nem szabad mosni! Nedves törlőkendővel szükség esetén megtörölheti
  A csatlakozókba nem menjen víz!
- Ne gyűrje, csavarja, ne tegye szárítógépbe, ne vasalja.
- NE MERÍTSE VÍZBE A HŰMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓT ÉS A HÁLÓZATI ADAPTERT!

▪ hűtőtasak

- Langyos vízben mossa le a Neo Cold hűtőtasakot és törölje szárazra

▪ tárolás

- Tartsa a Neo Cold hűtőtasakot a fagyasztóban, ha nem használja
- Mielőtt elteszi, hagyja felengedni.
- Tárolási/szállítási hőmérséklet: -25°C~70°C, alacsonyabb mint 93% RH,
  Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

Használat

Helyezze azt a Thermedic pántot a kezelendő területre, amely az adott terület használatára javasolt. Állítsa be a megfelelő méretre. Ne húzza túl szorosra, mert ronthatja a keringést.

PW110 Thermedic Váll





PW120 Thermedic Könyök

PW130 Thermedic Csukló



PW140 Thermedic Derék

PW150 Thermedic Comb

PW160 Thermedic Térd

PW170 Thermedic Boka



PW180 Thermedic Láb